SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Reģ. Nr. 40003951628

Atklāta konkursa

„Intraokulāro lēcu piegāde"
RAKUS 2017/87K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Rīgā, 2017. gada 22. novembrī.

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2017/87K

Iepirkuma priekšmets: intraokulāro lēcu piegāde atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma pielikums Nr.2).

CPV kods: 33000000-0

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 17.10.2017

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:	U. Jaspers, medicīnas tehnoloģiju direktors.
Komisijas locekļi:	K. Plūme, Valdes loceklis;
	O. Velmers, stacionārs „Biķernieki" galvenais ārsts;
	I. Budzila, Aprūpes direktore;
	I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja.
Sekretāre:	S. L. Ošeniece, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste.
Eksperte:	K. Baumane, Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja.
Sēdē nepiedalās:	
Komisijas priekšsēdētājs:	Ē. Kalniņš, stacionāra „Gaiļezers" galvenais ārsts.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdes 2017. gada 21. septembrī lēmumu Nr. V1/01-01/17/606.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

- Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā, ja:
  - ❖ pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
    a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,

a. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
b. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
d. cilvēku tirdzniecība,
e. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

- ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
- ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;
- iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIeL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
- pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIeL 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
- pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
- vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

- Iepirkuma komisija piemēro PIeL 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta noteikumus attiecībā uz piegādātāju apvienības (personu grupas) dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem, personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
- Iepirkuma komisija piemēro PIeL 42. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta noteikumus attiecībā uz katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura būvdarbu, pakalpojumu vai piegādes vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības;
- Vērtējot pretendentu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro PIeL 42. panta trešās un ceturtās daļas termiņu ierobežojumus.
- Vērtējot pretendentu uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro PIeL 43. panta noteikumus.

- Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:
  a) pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma;
  b) pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;
  c) uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.7.2. punkta nosacījumi;
  d) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.7.1. vai 3.7.2. punkta nosacījumi;
  e) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.7.1. vai 3.7.2. punkta nosacījumi.
- Piedāvātajām precēm ir Eiropas Savienības valstī izdots CE atbilstības sertifikāts.
- Pretendentam ir tiesības pārdot medicīnas preces Eiropas Savienībā teritorijā, tajā skaitā Latvijas Republikā.

<u>Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji</u>

1. Vērtēšana notiek sekojoši:
   - piedāvājumu noformējuma pārbaude;
   - visu pretendentu atbilstības PIeL 42. panta pirmās daļas 2. punkta noteikumiem pārbaude konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu;
   - pretendentu atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
   - piedāvājumu atbilstības pārbaude;
   - iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izvēle saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
   - pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības PIeL 42. panta, kā arī PIeL 43. panta (ja attiecināms) noteikumiem pārbaude.
2. Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
   - pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;
   - pretendents izslēdzams atbilstoši PIeL noteikumiem;
   - pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
   - pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
   - piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
   - pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts.
3. Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir pozīcijas kopējo summu *euro* (EUR) bez PVN. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.
4. Ja piedāvājums šķietami ir nepamatoti lēts, komisija, rīkojas PIeL 53. pantā noteiktajā kārtībā.
5. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.

5.1.6. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

5.1.7. Visā Konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro tās tiesību normas, kuras bija spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.

Piedāvājumu izvēles kritērijs

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru daļu atsevišķi atbilstoši Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.11.2017. plkst.13.00.

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.	SIA „B&L Group”	03.11.2017., plkst. 14:07
2.	SIA „A. Medical”	06.11.2017., plkst. 09:58
3.	SIA „Vidzemes medicīnas serviss”	06.11.2017., plkst. 10:02
4.	SIA „NMS Elpa”	07.11.2017., plkst. 08:58
5.	SIA „DM Premium”	07.11.2017., plkst. 12:21
6.	SIA „Industriālās tehnoloģijas”	07.11.2017., plkst. 12:40

Pretendentu piedāvātās cenas - skatīt ziņojuma pielikumā.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: stacionārā „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē, 115. kabinetā (1.stāvā – Administrācijā), 07.11.2017, plkst.13.00.

Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:

Tehniskie piedāvājumi:

- **SIA „A. Medical”:**

Tehniskās specifikācijas daļā Nr. 1 „"Salokāmas, hidrofobas, akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru, kas bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: asfērisks,asimetriskais bikonveks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļu angulācija 0°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioprtrijas +6.0 līdz +30.0 D.Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt tās acī ar inžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu." pretendenta SIA „A.Medical” iesniegtās piedāvājuma lēcas **Overview AS natural** neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām:

- Piedāvātais lēcu izmērs ir 12, 5 mm, Tehniskajās prasībās noteiktais tilpuma izmērs ir 13 mm.
- Piedāvātā optiskā daļas uzbūve ir biasfēriska, bet tehniskajās prasībām noteikta asfēriskai, asimetriskais un bikonveks
- Piedāvātais refraktīvais indekss ir 1, 525, bet tehniskajās prasībās noteikts 1, 55.
- Tehniskajās prasībās norādīts, ka lēcām jābūt ar dzelteno filtru, taču pretendenta piedāvātajam modelim nav lēca ar dzelteno filtru.

Tehniskās specifikācijas daļā Nr. 5 „Salokāmas, hidrofobas akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru, kas bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: asfērisks, asimetriskais bikonveks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļu angulācija 0°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioprtrijas +6.0 līdz +30.0 D. „Preloaded„ inžektorā.” pretendenta SIA „A.Medical” iesniegtās piedāvājuma lēcas **Overview AS natural preloaded** neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām:

- Piedāvātais lēcu izmērs ir 12, 5 mm, Tehniskajās prasībās noteiktais tilpuma izmērs ir 13 mm.

- Piedāvātā optiskā daļas uzbūve ir biasfēriska, bet tehniskajās prasībām noteikta asfēriskai, asimetriskais un bikonveks
- Piedāvātais refraktīvais indekss ir 1, 525, bet tehniskajās prasībās noteikts 1, 55.
- Tehniskajās prasībās norādīts, ka lēcām jābūt ar dzelteno filtru, taču pretendenta piedāvātajam modelim nav lēca ar dzelteno filtru.

- **SIA „"DM PREMIUM":**

Tehniskās specifikācijas daļā Nr. 1. „"Salokāmas, hidrofobas, akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru, kas bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: asfērisks,asimetriskais bikonveks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļu angulācija 0°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioprtrijas +6.0 līdz +30.0 D. Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt tās acī ar inžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu." pretendenta SIA „DM PREMIUM" iesniegtās piedāvājuma lēcas **Sidapharm SDHB6130** neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām:

- Tehniskajās prasībās norādīts, ka lēcām jābūt ar dzelteno filtru, taču pretendenta piedāvātajam modelim nav lēca ar dzelteno filtru.
- Piedāvātā optiskā daļas uzbūve ir asfēriska un sfēriska, bet tehniskajās prasībām noteikta asfēriskai, asimetriskais un bikonveks
- Piedāvātais lēcas materiāls-contamac, bioloģiski saderīgs hidrofobs akrila, taču tehniskajās specifikācijā prasīts hidrofoba akrila.

Tehniskās specifikācijas daļā Nr. 2 „"Salokāmas, hidrofobas akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru, kas bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: asfērisks,asimetriskais bikonveks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļuangulācija 0°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioprtrijas +6.0 līdz +40.0 D.Salokāmām lēcām jānodrošina iespējaievadīt tās acī ar inžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu." pretendenta SIA „DM PREMIUM" iesniegtās piedāvājuma lēcas **Sidapharm SDHB6130** neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām:

- Tehniskajās prasībās norādīts, ka lēcām jābūt ar dzelteno filtru, taču pretendenta piedāvātajam modelim nav lēca ar dzelteno filtru.
- Piedāvātā optiskā daļas uzbūve ir asfēriska un sfēriska, bet tehniskajās prasībām noteikta asfēriskai, asimetriskais un bikonveks
- Piedāvātais lēcas materiāls-contamac, bioloģiski saderīgs hidrofobs akrila, taču tehniskajās specifikācijā prasīts hidrofoba akrila.

Tehniskās specifikācijas daļā Nr. 5 „Salokāmas, hidrofobas akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru, kas bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: asfērisks, asimetriskais bikonveks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļu angulācija 0°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioprtrijas +6.0 līdz +30.0 D. „Preloaded„ inžektorā." pretendenta SIA „DM PREMIUM" iesniegtās piedāvājuma lēcas **Sidapharm Orizon preloaded** neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām:

- Tehniskajās prasībās norādīts, ka lēcām jābūt ar dzelteno filtru, taču pretendenta piedāvātajam modelim nav lēca ar dzelteno filtru.
- Piedāvātais lēcu izmērs ir 12, 5 mm, Tehniskajās prasībās noteiktais tilpuma izmērs ir 13 mm.
- Piedāvātais lēcas materiāls-contamac, bioloģiski saderīgs hidrofobs akrila, taču tehniskajās specifikācijā prasīts hidrofoba akrila.

- **SIA „Industriālās tehnoloģijas":**

Tehniskās specifikācijas daļā Nr. 4 „Salokāmas, asēriskas, hidrofoba akrila lēcas ar 3 punktu fiksācijas sistēmu. Optiskās daļas diametrs 6 mm, kopējais garums 13,0 mm, asa intraokulārās lēcas mala. Plāna, ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,4. Ar samazinātu mirguļošanas efektu. Ar samazinātu aberācijas apjomu naktī. Plāninäta haptiskā daļa /ne biezāka par 0,46 mm/. Neizmainīts gaismas filtrs. Lēcu diapazons līdz 34 D. Lēcas ievadīšana ar inžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu." pretendenta SIA „Industriālās tehnoloģijas" iesniegtās piedāvājuma lēcas **Medicontur 887FAB** lēcas neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām:

- Tehniskajās prasībās norādīts, ka lēcām jābūt ar trīs punktu fiksācijas sistēmu, taču pretendenta piedāvātajam modelim nav lēcas ar trīs punktu fiksācijas sistēmu

- Piedāvātā optiskā daļas uzbūve ir neitrāli asfēriska, bet tehniskajās prasībās noteikta asfēriska, asimetriska un bikonveka

Pielikumā:

Pretendentu piedāvātās cenas uz 1 lpp.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: U.Jaspers

Komisijas locekļi: K. Plūme

O. Velmers

I. Budzila

I. Krūmiņa

Sekretāre: S. L. Ošeniece

Eksperte: K. Baumane

„Intraokulāro lēcu piegāde“
RAKUS 2017/87K

Pretendentu piedāvātās cenas

Nr. p.k.	Medicīniskā materiāla apraksts	SIA "B&L Group"	SIA "A.Medical"	SIA "Vidzemes medicīnas serviss"	SIA "NMS ELPA"	SIA "DM Premium"	SIA "Industriālās tehnoloģijas"
		1	2	3	4	5	6
1	Salokāmas, hidrofobas, akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru, kas bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: asfērisks,asimetriskais bikonveks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļu angulācija 0°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioprtrijas +6.0 līdz +30.0 D. Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt tās acī ar inžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu.		14000.00		18 750.00	10 722.50	
2	Salokāmas, hidrofobas akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru, kas bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: asfērisks,asimetriskais bikonveks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļuangulācija 0°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioprtrijas +6.0 līdz +40.0 D.Salokāmām lēcām jānodrošina iespējaievadīt tās acī ar inžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu.				37 500.00	32 167.50	
3	Salokāmas, hidrofobas akrila trīsagbala lēcas ar dzelteno filtru bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: menisks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļu angulācija 5°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioptrijas - 5.0 līdz +5.0 D. Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt tās acī ar inžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu.				3 500.00		
4	Salokāmas, asēriskas, hidrofoba akrila lēcas ar 3 punktu fiksācijas siatēmu. Optiskās daļas diametrs 6 mm, kopējais garums 13,0 mm, asa intraokulārās lēcas mala. Plāna, ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,4. Ar samazinātu mirguļošanas efektu. Ar samazinātu aberācijas apjomu naktī. Plāninäta haptiskā daļa /ne biezāka par 0,46 mm/. Neizmainīts gaismas filtrs. Lēcu diapazons līdz 34 D. Lēcas ievadīšana ar inžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu.			3 475.00			2 950.00
5	Salokāmas, hidrofobas akrila viengabala lēcas ar dzelteno filtru, kas bloķē UV gaismu līdz 400nm. Optiskās daļas uzbūve: asfērisks, asimetriskais bikonveks, diametrs 6,0 mm, kopējais garums 13.0 mm, haptisko daļu angulācija 0°, refraktīvais indekss 1,55. Pieejamās dioprtrijas +6.0 līdz +30.0 D. „Preloaded„ inžektorā.		3900.00		4 000.00	3 149.00	
6	Īrisā fiksētās priekšējās kameras lēcas afakijas korekcijai. Materiāls: PMMA CQ-UV. Optiskās daļas uzbūve: bikonveks, diametrs 5,4 mm, kopējais garums 8,5 mm, haptisko daļu angulācija 10°. Ultraskaņas A konstante 115,0. Pieejamās dioptrijas +2,0 D līdz +30,0 D(ar 1,0 D soli), no +14,5D līdz +24,5 D (ar 0,5 D soli).	13 875.00					