SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Atklāta konkursa
„Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu piegāde”
RAKUS 2018/05K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Rīgā, 2018. gada 5. decembrī

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038.

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2018/05K.

Iepirkuma priekšmets: Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu piegāde.

CPV kodi: : 33000000-0.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 29.03.2018.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī: 29.03.2018.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:	Ē. Kalniņš, Stacionāra „Gaiļezers” galvenais ārsts.
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:	I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja.
Komisijas locekļi:	K. Plūme, Valdes loceklis; I. Budzila, Aprūpes direktore.
Sekretāre:	J. Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste (V. Kreisbergas prombūtnes laikā).
Eksperte/iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja:	A. Grigāne, Nieru slimību un nieru aizstājterapijas klīnikas vadītāja.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2018. gada 3. maija valdes lēmumu Nr. V1/01-01/18/190.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

1.Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā Publisko iepirkumu likuma (PIeL) 42. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos un PIeL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
3. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIeL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par

nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Vērtējot pretendentu uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro PIeL 43. panta noteikumus.

4.Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:

4.1.pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ Pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma;

4.2.pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu:

- negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse;
- grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana;
- darba samaksas noteikumu pārkāpšana, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;

4.3.uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.4.2. punkta nosacījumi;

4.4.uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.4.1. vai 3.4.2. punkta nosacījumi;

4.5.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.4.1. vai 3.4.2. punkta nosacījumi.

5. Pretendents, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir sertificēts zāļu tirdzniecībā un izplatīšanā (**prasība attiecas tikai** uz iepirkuma priekšmeta **medikamentu daļām** - tehniskās specifikācijas **daļa 11.; 14.; 30.; 31.; 32.; 73.; 74.; 82.; 83.; 97.**).

6. Pretendentam ir tiesības pārdot preces Latvijas Republikā.

7. Pretendents spēj piegādāt preces par nemainīgu, konkursā piedāvāto cenu visā piegādes līguma darbības laikā.

8. Preces ražotājam ir Eiropas Savienības valstī paziņotas institūcijas izsniegts CE sertifikāts.

9. Precei ir ražotāja izsniegta Eiropas Kopienas Atbilstības deklarācija.

10. Pretendentam ir Iekārtas ražotāja apliecinājums par iepirkuma 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 18.; 20.; 22.; 23.; 24.; 25.; 26.; 27.; 28.; 29.; 30.; 31.; 32.; 33.; 34.; 35.; 36.; 37.; 60.; 61.; 63.; 69.; 70.; 71.; 72.; 78.; 79.; 80.; 81.; 86.; 91.; 92.; 93.; 94. daļā piedāvātās preces savietojamību.

Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

Piedāvājumu vērtēšana

1.Vērtēšana notiek sekojoši:

1.1.pretendentu atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;

1.2.piedāvājumu atbilstības pārbaude;

1.3.piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izvēle saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

1.4. pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības Publisko iepirkumu likuma 42. panta, kā arī Publisko iepirkumu likuma 43. panta (ja attiecināms) noteikumiem pārbaude.

2.Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:

2.1.pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;

2.2. pretendents izslēdzams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

2.3.pretendents norādījis nepatiesas ziņas;

2.4.pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);

2.5.piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;

2.6.pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts;

3.Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.

4.Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā iepirkuma komisijas sēdē.

5.Ja piedāvājums šķietami ir nepamatoti lēts, komisija, rīkojas PIeL 53. pantā noteiktajā kārtībā.

6.Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.

7. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

8.Visā Konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro tās tiesību normas, kuras bija spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu bez PVN **par katru no 97 daļām atsevišķi** atbilstoši Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

2. Vienādas cenas gadījumā komisija izvēlas pretendentu, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

3. Vienādas cenas gadījumā komisija pretendentiem pieprasa Nolikuma 5.2.2. punktā minēto informāciju. Ja pēc šā kritērija pretendentu novērtējums ir vienāds, komisija rīko sēdi, kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.05.2018. plkst.13.00.

Piedāvājumus iesniegušie pretendenti:

N.p.k.	Pretendents	Piedāvājuma iesniegšanas veids	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.	"Alfa laboratorija" SIA	EIS e-konkursu apakšsistēmā	01.05.2018. plkst. 22:35
2.	"A.Medical" SIA	EIS e-konkursu apakšsistēmā	27.04.2018. plkst. 14:37
3.	"Arbor Medical Korporācija" SIA	EIS e-konkursu apakšsistēmā	27.04.2018. plkst. 16:27

4.	"Baltijas Dialīzes Serviss" SIA	EIS e-konkursu apakšsistēmā	27.04.2018. plkst. 15:35
5.	"B.Braun Medical" SIA	EIS e-konkursu apakšsistēmā	02.05.2018. plkst. 11:36
6.	Globex AAA MB	EIS e-konkursu apakšsistēmā	02.05.2018. plkst. 12:29
7.	"Medeksperts" SIA	EIS e-konkursu apakšsistēmā	02.05.2018. plkst. 10:26
8.	"OneMed" SIA	EIS e-konkursu apakšsistēmā	02.05.2018. plkst. 10:03
9.	"Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA)	EIS e-konkursu apakšsistēmā	02.05.2018. plkst. 11:51

Pretendentu piedāvātās cenas:
Skatīt ziņojuma pielikumā.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: **2018. gada 2. maijā plkst. 13^{00}** Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers", 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu un līgumu daļā, 115. kabinetā.

Pretendentu, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nosaukums un līgumcena:

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Pretendenta nosaukums ar kuru tiks slēgts līgums	Līgumcena par kādu tiks slēgts līgums
1.	Dialīzes dubultlūmena katetri	SIA "B. Braun Medical"	16537.50
2.	Hemodialīzes dubultlūmena katetri	SIA "B. Braun Medical"	9292.50
3.	Hemodialīzes 3 lūmenu katetri	SIA "B. Braun Medical"	6285.00
4.	Hemodialīzes dubultlūmena ilgkatetri	SIA "B. Braun Medical"	23270.00
5.	Centrālie hemodialīzes trīslūmena poliuretāna katetri 12 Fr lūmens	SIA "B. Braun Medical"	49800.00
6.	Divlūmenu sintētiski poliuretāna katetri 9 Fr diametrā	SIA "B. Braun Medical"	23382.00
7.	Hemodialīzes ilgkatetri ar vienu aproci ievadei v, jugularis , v,subclavia	*Nav iesniegts neviens piedāvājums*	
8.	Sterili, speciāli noslēdzējkorķi ar luer - lok konusu un papildinjekcijas membrānu 12- 16 Fr katetriem	SIA "B. Braun Medical"	11050.00
9.	Plazmas terapijai procedūras kasete	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	49260.00
10.	Nepārtrauktas akūtas hemodialīzes vai akūtas intermitējošas venovenozas hemodialīzes kasete	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	41050.00
11.	Bikarbonāta buferšķīdums sterilā dubultiepakojumā	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	74070.00
12.	Nepārtrauktas hemofiltrācijas predilūcijas un postdilūcijas kasete	*Nav iesniegts neviens piedāvājums*	
13.	Nepārtrauktas hemodiafiltrācijas un intermitējošas akūtas hemodiafiltrācijas/kasete	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	42120.00
14.	Nepārtrauktas un intermitējošas akūtas hemodialīzes kasete	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	71568.00

15.	Ultradialīzes sintētiski filtri DIASAFE Plus aparatūras ražotāja akceptēti Fresenius 4008 Fresenius 5008 IHD/IHDF aparātiem	SIA “Baltijas Dialīzes Serviss”	36300.00
16.	Intermitējošai hemodialīzei Fresenius 4008 aparātam, ražotāja akceptēts	SIA “Baltijas Dialīzes Serviss”	3210.00
17.	Intermitējošai hemodiafiltrācijai un intermitējošai hemodialīzei Fresenius 5008 aparātam, ražotāja akceptēta	SIA “Baltijas Dialīzes Serviss”	15810.00
18.	Bikarbonāta patrona 5008 tipa sistēma Bi Bag 650 g Nātrija bikarbonāta savietojamas ar Fresenius 4008 un Fresenius 5008 aparātiem	SIA “Baltijas Dialīzes Serviss”	16827.00
19.	Hemosorbcijas kapsulas neselektīvai hemoperfūzijai un plazmas adsorbcijai ar darba virsmu 300 000 m²	SIA “A.Medical”	14940.00
20.	Ultradialīzes sintētiski membrānas filtrs	SIA “B. Braun Medical”	302940.00
21.	Sintētiskas membrānas dializators specifiskai IgG dialīzei Multiplās mielomas gadījumos	SIA “A.Medical”	47011.50
22.	Nepārtrauktas lēnas ultrafiltrācijas sistēma	SIA “B. Braun Medical”	34475.00
23.	Plazmas apmaiņas filtrs savietojams ar Diapact plazmas sistēmas komplektu, sintētiska materiāla - membrānas laukums no 0,5 m²	SIA “B. Braun Medical”	105000.00
24.	Plazmas apmaiņas filtrs savietojams ar Diapact plazmas sistēmas komplektu , sintētiska materiāla , membrānas laukums 0,7 m²	SIA “B. Braun Medical”	137700.00
25.	Plazmas apmaiņas sistēmu komplekts, aparatūras ražotāja akceptēts Diapact aparātam	SIA “B. Braun Medical”	157500.00
26.	Nepārtrauktas veno-venozas hemodialīzes, hemofiltrācijas, augstas plūsmas hemodialīzes sistēmu komplekts	SIA “B. Braun Medical”	119904.00
27.	Plazmas filtrācijai - adsorbcijai sistēmas komplekts	SIA “B. Braun Medical”	58710.00
28.	Substitūcijas /dializāta šķīduma maiss 10 l savietojams ar Diapact mašīnas maģistrālēm	SIA “B. Braun Medical”	18395.00
29.	Akūtai intermitējošai hemofiltrācijai, hemodialīzei sistēmas komplekts	SIA “B. Braun Medical”	79984.00
30.	Bikarbonāta hemofiltrācijas substitūcijas/dializāta bufers sterils šķīdums,aparatūras ražotāja akceptēts un savietojams ar Diapact aparāta ierīcēm , bez kālija.(k-0)	SIA “B. Braun Medical”	39144.00
31.	Bikarbonāta hemofiltrācijas substitūcijas/ dializāta bufers, sterils šķīdums, aparatūras ražotāja akceptēts	SIA “B. Braun Medical”	118830.00

	un savietojams ar Diapact aparāta ierīcēm , ar kāliju 2 mmol/l		
32.	Bikarbonāta hemofiltrācijas substitūcijas/dializāta bufers, aparatūras ražotāja akceptēts, sterils šķīdums savietojams ar Diapact aparāta ierīcēm , ar kāliju 4 mmol/l.	SIA “B. Braun Medical”	58716.00
33.	Intermitējošas hemodialīzes komplekts	SIA “B. Braun Medical”	47458.00
34.	Intermitējošas hemodiafiltrācijas online maģistrālu komplekts Dialog online aparātiem	SIA “B. Braun Medical”	200675.00
35.	Intermitējošas hemodialīzes vienadatu pārvada maģistrāļu komplekts Dialog modifikāciju aparātiem	SIA “B. Braun Medical”	16262.00
36.	Bikarbonāta kapsula ar ne mazāk kā 650 g. Na bikarbonāta pildījumu	SIA “B. Braun Medical”	9891.00
37.	Bikarbonāta kapsula ar ne mazāk kā 760 g. Na bikarbonāta pildījumu	SIA “B. Braun Medical”	31229.00
38.	Hemodialīzes koncentrāta skābā daļa ar attiecību 1+44 , Na - 139mmol/l, K-1, Ca-1,75, mmol/l,Mg -0,5 mmol/l,Cl- 105,5 mmol/l, acetātu -3 mmol/l,HCO3-36,0 mmol/l, glikozi -1 g/l, osmolaritāti 294 mOsm/l, rūpnieciski hermetizēta	SIA “B. Braun Medical”	11550.00
39.	Hemodialīzes koncentrāta skābā daļa ar attiecību 1+44 proporcijā ,Na - 139mmol/l, K-0, Ca-1,5,mmol/l,Mg -0,5 mmol/l,Cl- 104 mmol/l, acetātu - 3,0 mmol/l,HCO3-36,0 mmol/l, glikozi -1 g/l, osmolaritāti 292 mOsm/l , rūpnieciski hermetizēta	SIA “B. Braun Medical”	22200.00
40.	Hemodialīzes koncentrāta skābā daļa ar attiecību 1+44 , Na - 139mmol/l,K-2, Ca-1,25,mmol/l,Mg -0,5 mmol/l,Cl-105,5 mmol/l, acetātu -3 mmol/l,HCO3-36 mmol/l, glikozi -0 g/l, osmolaritāti 289 mOsm/l , rūpnieciski hermetizēta	SIA “B. Braun Medical”	21600.00
41.	Hemodialīzes koncentrāta skābā daļa ar attiecību 1+44 proporcijā , Na - 139 mmol/l ,K-2 mmol/l, Ca-1,5,mmol/l, Mg -0,75 mmol/l, Cl-106,5 mmol/l, acetātu -3 mmol/l, HCO3-36 mmol/l, glikozi -1 g/l, osmolaritāti 297 mOsm/l, rūpnieciski hermetizēta	SIA “B. Braun Medical”	28720.00
42.	Hemodialīzes koncentrāta skābā daļa ar attiecību 1+44 proporcijā , Na - 139 mmol/l , K-3 mmol/l, Ca-1,5, mmol/l, Mg -0,5 mmol/l, Cl- 107 mmol/l, acetātu -3 mmol/l, HCO3-36 mmol/l,	SIA “B. Braun Medical”	15840.00

	glikozi -1g/l, osmolaritāti 298 mOsm/l, rūpnieciski hermetizēta		
43.	Hemodialīzes koncentrāta skābā daļa ar attiecību 1+44 proporcijā ,Na - 139 mmol/l ,K-4 mmol/l, Ca-1,75,mmol/l,Mg -0,5 mmol/l,Cl- 108,5 mmol/l, acetātu -3 mmol/l, HCO3-36 mmol/l, glikozi -1 g/l, osmolaritāti 301 mOsm/l, rūpnieciski hermetizēta	SIA "B. Braun Medical"	28800.00
44.	Hemodialīzes koncentrāta skābā daļa ar attiecību 1+44 proporcijā, Na - 139 mmol/l , K-4 mmol/l, Ca-1,25, mmol/l, Mg -0,5 mmol/l, Cl- 107,5 mmol/l, acetātu -3 mmol/l, HCO3-36 mmol/l, glikozi -1 g/l, osmolaritāti 299 mOsm/l, rūpnieciski hermetizēta	SIA "B. Braun Medical"	14360.00
45.	Hemodialīzes koncentrāta bikarbonāta daļa ar attiecību 1+44 proporcijā Nātrija bikarbonāta koncentrācija 8,4% šķīdumā rūpnieciski hermetizēta	SIA "B. Braun Medical"	3640.00
46.	Adata - perforators , sterila , vienreizēji lietojam ar plastmasas vītni, paredzēts dialīzes sistēmu savienošanai, procedūru uzsākšanai un asins atgriešanai procedūras beigās ar asu slīpu galu , uzmavu uz asā gala savienotājvītnes	SIA "B. Braun Medical"	9150.00
47.	Sintētiska membrāna , zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 1,1 m^2±0.1 m^2, ultrafiltrācijas koeficients 7,5 un vairāk ml/st mm Hg , klīrenss pie QB 200 ml/min, urīnviela 179 un vairāk, fosfāti 140 un vairāk, tvaika vai gamma sterilizācija	SIA "B. Braun Medical"	1522.50
48.	Sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 1,4 m^2±0.1, ultrafiltrācijas koeficients 10 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie QB200 ml/min urīnviela 193 un vairāk, fosfāti 170 un vairāk, tvaika vai gamma sterilizācija	SIA "B. Braun Medical"	8120.00
49.	Sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 1,7m^2±0,1,ultrafiltrācijas koeficients 12 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min urīnviela 252 un vairāk, fosfāti 180 un vairāk, tvaika vai gamma sterilizācija	SIA "B. Braun Medical"	12180.00
50.	Sintētiska membrāna, zemas plūsmas,augstas caurlaidības,aktīvā virsma 2,0m^2±0.1,ultrafiltrācijas koeficients 14un vairāk ml/st	SIA "B. Braun Medical"	8388.00

	mmHg,klīrenss pie QB 300 ml/min urīnviela 280 un vairāk, fosfāti 230 un vairāk, tvaika vai gamma sterilizācija		
51.	Sintētiska membrāna augstas plūsmas augstas caurlaidības 2,1m² ±0.1, ar speciālu heparīna pārklājumu ultrafiltrācijas koeficients 45 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min urīnviela 240 un vairāk, fosfāti 260 un vairāk, tvaika vai gamma sterilizācija	SIA "A. Medical"	50250.00
52.	Sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 2,3m² ±,0,1ultrafiltrācijas koeficients 15 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie QB400 ml/min urīnviela 333 un vairāk, fosfāti 278 un vairāk, tvaika vai gamma sterilizācija	SIA "B.Braun Medical"	28375.00
53.	Sintētiska membrāna, augstas efektivitātes , augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 1.1m²±01, ultrafiltrācijas koeficients 68 un vairāk ml/st mmHG, urīnvielas klīrenss pie QB400 ml/min 304 un vairāk, fosfāti 251 un vairāk, ß 2 globulīnu	SIA "B.Braun Medical"	2657.50
54.	Sintētiska membrāna, augstas efektivitātes, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 1.4m²±01,ultrafiltrācijas koeficients 85 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie QB400 ml/min, urīnviela 328 un vairāk, fosfāti 282 un vairāk, ß 2 globulīnu > 0,8	SIA "B.Braun Medical"	26575.00
55.	Sintētiska membrāna, augstas efektivitātes, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 1.7m²±01, ultrafiltrācijas koeficients 98 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie QB400 ml/min., urīnviela 340 un vairāk, fosfāti 297	SIA "B.Braun Medical"	58465.00
56.	Sintētiska membrāna, augstas efektivitātes, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 2,0m²±01,ultrafiltrācijas koeficients 110 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie QB400 ml/min., urīnviela 341 un vairāk, fosfāti 308 un vairāk	SIA "B.Braun Medical"	53150.00
57.	Sintētiska membrāna, augstas efektivitātes, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 2,3m²±01, ultrafiltrācijas koeficients 123 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie	SIA "B.Braun Medical"	100240.00

	QB400 ml/min, urīnviela 352 un vairāk, fosfāti 319 un vairāk		
58.	Sintētiska membrāna, augstas efektivitātes, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīvā virsma 2,4m²±01, ultrafiltrācijas koeficients 85 un vairāk ml/st mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min, urīnviela 280 un vairāk, fosfāti 260 un vairāk	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	28900.00
59.	Procedūras drošības testa jonizētā Ca un hematokrīta noteikšana pie pacienta procedūras laikā pirms un pēc procedūras parametru maiņas	SIA "Alfa laboratorija"	57000.00
60.	50 % citronskābes koncentrāts aparātu dekalcifikācijai, 10 L kannās. B.Braun dialīzes aparātiem, ražotāja akceptēts, lietojams 83 ºC	SIA "B.Braun Medical"	5536.10
61.	Dezinfekcijas /dekalcifkācijas šķīdums Fresenius 4008 un Fresenius 5008 aparātiem saturošs citronskābes un dzintarskābes koncentrātu atbilstoši ražotāja prasībām, 5 L kannās	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	520.60
62.	Fistulu adatas no fluroplastika, pacientiem aralerģiju uz metālu, diametrs 16 G, garums 33 mm	SIA "A.Medical"	11700.00
63.	Plastmasas pāreja - savienotājs sterilā iepakojumā Dialog mašīnām IHDF sistēmai	SIA "B.Braun Medical"	87971.00
64.	Fistulu adatas- adatas lūmens 1,5- 2,0 mm diametrā, garums 20-25 mm, rotējošiem spārniņiem, arteriālo atveri ar sānu atveri, ar integrētu drošības konteineru	SIA "B.Braun Medical"	24360.00
65.	Fistulu adatas- luera tipa, ar silikona klājumu, adatas lūmens 1,5- 2,0 mm diametrā, garums 20-25 mm, rotējošiem spārniņiem, arteriālo ar sānu atveri, ar savienotājcaurulītes garumu no 15 -30 cm, tvaika ETO vai gamma sterilizācija	SIA "B.Braun Medical"	3220.00
66.	Savienotājsistēmas fistulu adatām vienadatu dialīzei, ar kodētām krāsu klemmēm, un savienojumu noslēdzošiem uzgaļiem	SIA "A.Medical"	2700.00
67.	Sterils 2 l savācējmaiss adapēts Dialog HDF sistēmai ar savienojumu un klemmi	SIA "B.Braun Medical"	16340.00
68.	Caurspīdīga 100 % poliuretāna plāksnīte ne mazāk kā 7 x 5cm ar ādai saudzīgu poliakrila lipīgo daļu/brīvs no kolofonija/, ar uzsūcošo saliņu 4 x	SIA "OneMed"	420.00

	2,5 cm no viskozes /poliestera, sterilizēts		
69.	Nepārtrauktai nieru aizstājterapijai venovenozas hemofiltrācjas, hemodialīzes, hemodiafiltrācijas, augstas plūsmas hemodialīzes, lēnas ultrafiltrācijas sistēmu -maģistrālu komplekts ar integrētu membrānu 0,8 m^2, 1,2 m^2, 1,6 m^2 membrānu	SIA "B.Braun Medical"	135000.00
70.	Plazmas terapijai sistēmu - membrānu komplekts saderīgs ar OMNI aparatūru	SIA "B.Braun Medical"	64750.00
71.	Efluenta maiss nepārtrauktai nieru aizstājterapijai un plazmas terapijai	SIA "B.Braun Medical"	5448.00
72.	Perfuzora šlirce ar Luer - Lock savienojumu saderīga ar OMNI aparatūru	SIA "B.Braun Medical"	256.00
73.	Sterils 4 % nātrija citrāta šķīdums, saderīgs ar aparatūru OMNI	SIA "B.Braun Medical"	19847.50
74.	Sterils bikarbonāta šķīdums citrāta antikoagulācijai bez kalcija, saderīgs ar OMNI aparatūru	SIA "B.Braun Medical"	52876.80
75.	ACT monitorēšana pie pacienta procedūras laikā	SIA "Arbor Medical Korporācija"	25440.00
76.	Sterilu austu tuferu komplekts iepakojumā pa 2 un komplektā 4 arteriovenozo fistulu virsmas apstrādei	SIA "B.Braun Medical"	13200.00
77.	Sterils katetra pārsējs izmēri 10 x 15,5 cm, hlorheksidīna glukonāta gēla polstera izmērs 3x7 cm, ilgstošai hemodialīzes katetra aizsardzībai	SIA "OneMed"	192000.00
78.	Plazmas terapijas vienreizēji lietojams sterils, maģitrāļu komplekts plazmas terapijas procedūrām ar aparatūru COM.TEX	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	81816.00
79.	Plazmas terapijas vienreizēji lietojams sterils citoferēzes maģitrāļu komplekts plazmas terapijas procedūrām ar aparatūru COM.TEX	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	18100.00
80.	Filtrācijas maiss 10 l savietojams ar MultiFiltrāte procedūru sistēmu - maģistrālu komplektiem	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	1013.40
81.	Dezinfekcijas šķīdums ķīmiskai dezinfekcijai Fresenius 4008, Fresenius 5008 mašīnām, ražotāja akceptēts, 5 litru kannās	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	647.00
82.	Sterils kalcija hlorīda šķīdums ar osmolaritāti 1500 mOsmol/l , ph 5-7,0, 73,5 gr kalcija hlorīda dihidrāta 100 ml šķīdums	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	1420.00
83.	Sintētiska membrāna, ar heparīna pārklājumu, virsmas laukums - 2,15 m^2, pie asins plūsmas ātruma 400 ml/min , kreatinīna klīrenss- ne mazāk	SIA "A.Medical"	8375.00

	kā 237, urea - klīrens - 265, ultrafiltācijas koef. - ne mazāk kā 65, sterilā iepakojumā		
84.	Hemosorbcijas kapsulas selektīvai vai daļēji selektīvai imunoglobulīnu, toksīnu noņemšanai, savietojamas ar nieru aizstājterapijas aparātiem un to maģistrālēm	SIA "B.Braun Medical"	104300.00
85.	Hemodialīzes asinsvadu protēzes ,noturīgas pret saspiešanu punkcijas segmentā, mīkstiem galiem anastomozes segmentos	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	57150.00
86.	Prometheus komplekts ar citrāta vai heparīna antikoagulāciju	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	98400.00
87.	Arterio-venozo fistulu dūriena vietu noslēdzošas sterilas adsorbējošas - fiksējošas plāksnītes	SIA "A.Medical"	21760.00
88.	Citokinīnu adsorbcijas filtri savietojami ar Multi Filtrāte ,ar uzpildes tilpumu no 100- 150 ml,iespējamu asins plūsmas ātrumu no 150- 500 ml/min ,ilgstošas darbības līdz 24 stundām, komplektā papildus savienotājmaģistrāles ar aparātu	SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"	368750.00
89.	Peritoneālās dialīzes katetrs	SIA "Medeksperts"	6000.00
90.	Hemoperfūzijas kapsulas urēmijas komplikāciju ārstēšanai	SIA "B.Braun Medical"	68400.00
91.	Hemopefūzijas kapsulas medikamentozas intoksikācijas ārstēšanai	SIA "B.Braun Medical"	30000.00
92.	Hemoperfūzijas kapsulas iekaisuma mediatoru izvadei	SIA "B.Braun Medical"	121600.00
93.	Hemoperfūzijas kapsulas bilirubīna un žultskābju adsorbcijai	SIA "B.Braun Medical"	126000.00
94.	Hemoperfūzijas kapsulas fenola, slāpekļa, merkaptāna izvadei	SIA "B.Braun Medical"	86400.00
95.	Sterili arterio-venozo fistulu šuvju noņemšanas komplekti	SIA "Arbor Medical Korporācija"	5400.00
96.	Sterili katetru fiksācijas šuvju uzlikšanas komplekts	SIA "Arbor Medical Korporācija"	9600.00
97.	5% albumīns paredzēts intravenozai ievadei plazmas terapijas laikā, sterils, atbilstoši hermetizēts un marķēts, 5 gr albumīns uz 100 ml šķīduma, vienā pudelē ne vairāk kā 500 ml	SIA "OriBalt Rīga"	115890.00

<u>Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:</u>
<u>Atlases dokumenti:</u>

GLOBEX AAA MB

- pretendents nav iesniedzis Nolikumā 4.1.4. punktā prasīto apliecinājumu, ka pretendents spēs piegādāt preces par nemainīgu, konkursā piedāvāto cenu visā piegādes līguma darbības laikā;

- pretendents nav iesniedzis Nolikumā 4.1.7. punktā prasīto iekārtas ražotāja apliecinājumu par to, ka pretendenta piedāvātās Preces iepirkuma 33. un 34. daļās ir savietojamas atbilstoši aparatūras tehniskajām prasībām;
- pretendenta iesniegtais ražotāja "LEPU Medical Technology" piedāvāto preču CE sertifikāts ar reģistrācijas numuru HD 60033092 nav spēkā;
- pretendenta iesniegtais ražotāja "Bain Medical Equipment" piedāvāto preču CE sertifikāts ar reģistrācijas numuru HD 60035006 nav spēkā.

<u>Tehniskie piedāvājumi:</u>

SIA "A. Medical":

- piedāvājums tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr. 48 neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts sintētiskai membrānai klīrenss pie QB200 ml/min urīnviela 193 un vairāk, fosfāti 170 un vairāk, bet pretendenta piedāvātai sintētiskai membrānai klīrenss pie QB200 ml/min urīnviela 190, fosfāti 152;
- piedāvājums tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr. 49 neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts sintētiskai membrānai klīrenss pie QB300 ml/min urīnviela 272 un vairāk, fosfāti 220 un vairāk, bet pretendenta piedāvātai sintētiskai membrānai klīrenss pie QB300 ml/min urīnviela 264, fosfāti 200;
- piedāvājums tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr. 54 neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts sintētiskai membrānai klīrenss pie QB400 ml/min urīnviela 328 un vairāk, fosfāti 282 un vairāk, bet pretendenta piedāvātai sintētiskai membrānai klīrenss pie QB400 ml/min urīnviela 309, fosfāti 250;
- piedāvājums tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr. 55 neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts sintētiskai membrānai klīrenss pie QB400 ml/min urīnviela 340 un vairāk, fosfāti 297 un vairāk, bet pretendenta piedāvātai sintētiskai membrānai klīrenss pie QB400 ml/min urīnviela 321, fosfāti 266;
- piedāvājums tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr. 56 neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts sintētiskai membrānai klīrenss pie QB400 ml/min urīnviela 341 un vairāk, fosfāti 308 un vairāk, bet pretendenta piedāvātai sintētiskai membrānai klīrenss pie QB400 ml/min urīnviela 339, fosfāti 289.

SIA "Baltijas Dialīzes Serviss":

- piedāvājums tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr. 48 neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts sintētiskai membrānai klīrenss pie QB200 ml/min urīnviela 193 un vairāk, fosfāti 170 un vairāk, bet pretendenta piedāvātai sintētiskai membrānai klīrenss pie QB200 ml/min urīnviela 191, fosfāti 160.

Pielikumā: Pretendentu finanšu piedāvājumu kopsavilkums uz 11 lapām.

Komisijas locekļi: Ē. Kalniņš

I. Krūmiņa

K. Plūme

I. Budzila

Sekretāre: J. Bičikova
(V. Kreisbergas prombūtnes laikā)

Eksperte/iepirkuma
procedūras
dokumentu sagatavotāja: A. Grigāne