SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Reģ. Nr. 40003951628

Iepirkuma
„Mikroskopu iegāde"
ID Nr. RAKUS 2019/119M

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Komisijas sēdes protokola Nr. 4 pielikums

Rīgā, 2020.gada 9.janvārī

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2019/119M

Iepirkuma priekšmets: Mikroskopu iegāde

Klasifikācija. CPV kods: 33100000-1 (Medicīniskās ierīces)

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 06.12.2019.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja:	N. Rešetņaka, Laboratorijas dienesta vadītāja.
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:	S. Ņikišins, Laboratorijas dienesta vadītājas vietnieks.
Komisijas locekļi:	I. Krūmiņa, Iepirkuma daļas vadītāja; J. Storoženko, Laboratorijas dienesta stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs" laboratorijas vadītāja.
Sekretāre:	S. Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste.
Eksperti:	S. Selderiņa, Laboratorijas dienesta stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs" laboratorijas bakterioloģijas nodaļas vadītāja; S. Pupure, Laboratorijas dienesta „Laboratorijas medicīnas centrs" vadītājas vietnieks diagnostisko procesu nodrošinājuma jautājumos; I. Norvaiša, stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Mikobakterioloģijas nodaļas vadītāja.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 2019.gada 28.novembra valdes lēmumu Nr. V1/01-01/19/536.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības.

1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIeL) 9. panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos un PIeL 9. pantā noteiktajā kārtībā, bet pārbaude attiecībā uz Nolikuma 3.3.6. punktā noteikto prasību tiek veikta Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma $11.^1$ pantā noteiktajā kārtībā.
3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

3.2. piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;

3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIeL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

3.4. Nolikuma 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. punktu noteikumi attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

3.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

3.6. pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes loceklim, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

4. Iekārtas ražotājam ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (*notified body* – angļu val.) izdots CE sertifikāts, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/42/EEK *„Par medicīniskajām ierīcēm"* prasībām.
5. Iekārtas ražotājs ir izdevis iekārtas EK Atbilstības deklarāciju saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/42/EEK *„Par medicīniskajām ierīcēm"* prasībām.
6. Pretendentam ir tiesības pārdot, uzstādīt piedāvātās iekārtas, veikt to tehnisko apkopi un remontu Latvijas Republikā.

7. Pretendenta rīcībā ir vismaz viens servisa inženieris, kurš ir iekārtas ražotāja apmācīts un sertificēts attiecīgā medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā.
8. Piedāvātā iekārta ražota ne agrāk kā 2019. gadā, ir jauna, nelietota un atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
9. Pretendentam piedāvātai iekārtai 24 (divdesmit četrus) mēnešus no nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža bez maksas jānodrošina iekārtām funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaudes, iekārtu tehnisko apkopi, remontu un rezerves daļu nomaiņu.
10. Pretendenta piedāvātai iekārtai ir iekārtas ražotāja izdota datu brošūra. Datu brošūrā ir jābūt atspoguļotiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem.
11. Nododot ekspluatācijā iekārtu, piegādātājam jānodrošina iekārtas lietošanas instrukcija (latviešu valodā papīra formātā un uz datu nesēja) un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu, kā arī servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
12. Pretendentam ir iekārtas ražotāja izdots piedāvāto iekārtu apkopes intervālu un apkopes darbu saraksts.

<u>Piedāvājumu vērtēšana</u>.

1. Vērtēšana notiek šādi:
   - piedāvājumu noformējuma pārbaude;
   - tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;
   - pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
   - piedāvājuma izvēle iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
   - pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības PIeL 9. panta astotās daļas noteikumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma $11.^{1}$ panta noteikumiem pārbaude;
   - iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
2. Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
   - pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;
   - pretendents izslēdzams, atbilstoši PIeL noteikumiem;
   - pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
   - pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
   - piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām prasībām;
   - pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts;
   - ja piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu kādā no daļām, komisijai ir tiesības uzskatīt, ka viss piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu.
3. Komisija, vērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās

kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.

4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
5. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs.

1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru iepirkuma priekšmeta daļu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.
2. Vienādas cenas gadījumā komisija izvēlas pretendentu, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).
3. Vienādas cenas gadījumā komisija pretendentiem pieprasa Nolikuma 5.2.2. punktā minēto informāciju. Ja pēc šā kritērija pretendentu novērtējums ir vienāds, komisija rīko sēdi, kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.12.2019., plkst. 13:00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: EIS e-konkursu apakšsistēmā stacionārā "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā, 115. kabinetā, Iepirkumu daļas sēžu zālē, 17.12.2019., plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti:

N.p.k.	Pretendents	Piedāvājuma iesniegšanas veids	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.	SIA "Diamedica"	Sistēmā	17.12.2019 plkst. 12:10
2.	SIA "Hydrox"	Sistēmā	16.12.2019 plkst. 12:36
3.	SIA "MedAmber"	Sistēmā	17.12.2019 plkst. 00:30

Pretendentu piedāvātās cenas:

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Pretendents	Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN
1.	Klīnisku izmeklējumu mikroskops (LMC, LIC)	SIA „MedAmber"	2 657.40
		SIA „Diamedica"	6 063.00
		SIA „Hydrox"	8 400.00
2.	Fāzes kontrasta mikroskops ar kameru (LMC)	SIA „MedAmber"	2 452.80
		SIA „Diamedica"	7 369.00

3.	Gaišā redzes lauka mikroskops ar kameru (LIC)	SIA „MedAmber"	5 157.20
		SIA „Hydrox"	6 580.00
		SIA „Diamedica"	7 310.00
4.	Fluorescentais binokulārais mikroskops tuberkulozes diagnostikas un references (ieskaitot PVO) vajadzībām (mikobakterioloģijas nodaļai) (TPSC)	SIA „Hydrox"	13 777.00
		SIA „Diamedica"	15 890.00

Pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nosaukums un līgumcena:

Daļas Nr.	*Daļas nosaukums*	*Pretendenta nosaukums ar kuru tiks slēgts līgums*	*Līgumcena par kādu tiks slēgts līgums*
1.	Klīnisku izmeklējumu mikroskops (LMC, LIC)	SIA „Diamedica"	6 063.00
2.	Fāzes kontrasta mikroskops ar kameru (LMC)	SIA „Diamedica"	7 369.00
3.	Gaišā redzes lauka mikroskops ar kameru (LIC)	SIA „Hydrox"	6 580.00
4.	Fluorescentais binokulārais mikroskops tuberkulozes diagnostikas un references (ieskaitot PVO) vajadzībām (mikobakterioloģijas nodaļai) (TPSC)	SIA „Hydrox"	13 777.00

Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošu piedāvājumu:

1. **SIA „Hydrox"** piedāvājums **neatbilst** Nolikuma pielikuma Nr.2 *„Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums"* norādītajām tehniskajām prasībām **1.daļā:**
   - 1.3.pozīcijā - prasīta refokusēšanas sistēma, fokusa atmiņas funkcija. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta;
   - 1.4.pozīcijā - prasīta LED apgaismojuma sistēma 60 000 stundu darbam. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta;
   - 1.5.pozīcijā - prasīta tubusa ergonomiska izbīdīšana 40 mm. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta.
2. **SIA „MedAmber"** piedāvājums **neatbilst** Nolikuma pielikuma Nr.2 *„Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums"* norādītajām tehniskajām prasībām:

✓ **1.daļā:**
   - 1.1.pozīcijā - prasīta bezgalībā koriģēta optiskā sistēma. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta;
   - 1.3.pozīcijā - prasīta refokusēšanas sistēma, fokusa atmiņas funkcija. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta;
   - 1.4.pozīcijā - prasīta LED apgaismojuma sistēma 60 000 stundu darbam. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta;
   - 1.5.pozīcijā - prasīta tubusa ergonomiska izbīdīšana līdz 40 mm. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta.

✓ **2.daļā:**
   - 2.1.pozīcijā - prasīta bezgalībā koriģēta optiskā sistēma. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta;

- 2.3.pozīcijā - prasīta LED apgaismojuma sistēma 60 000 stundu darbam. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta;
- 2.4.pozīcijā - tubusam prasītā c-mount0 klase. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta;
- 2.8.pozīcijā - prasīts kondensers fāzu kontrastam revolverveidīgs N.A.09. Informatīvajā materiālā tā nav norādīta.

✓ **3.daļā** piedāvājums neatbilst prasītai specifikācijai – prasīts vismaz 8 megapikseļi, piedāvāts 6, izšķirtspēja prasīta vismaz 3840x2160, piedāvāts 3264x1836.

Komisijas priekšsēdētāja:	N. Rešetņaka
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:	S. Ņikišins
Komisijas locekļi:	I. Krūmiņa
	J. Storoženko
Eksperti:	S. Selderiņa
	S. Pupure
	I. Norvaiša
Sekretāre:	S. Lauceniece