LĪGUMS Nr. _____
par neinvazīvās plaušu ventilācijas aparāta piegādi

Rīgā, 2015. gada ___. _____

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", reģ. Nr.40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, turpmāk līguma tekstā – ***"Pasūtītājs"***, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas puses

SIA „Remedine", reģistrācijas Nr. 42103022555, juridiskā adrese Lielā iela 2-26, Liepāja, LV-3401, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Biruta Eglīte, turpmāk līguma tekstā – "Izpildītājs", no otras puses, abi kopā turpmāk līguma tekstā – ***"Puses"***,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Neinvazīvās plaušu ventilācijas aparāta piegāde stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Anesteziolo̧ijas un intensīvās terapijas nodaļai", identifikācijas Nr.RAKUS 2015/01M, rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā "Līgums"):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. ***Pasūtītājs*** pasūta, bet ***Izpildītājs*** apņemas Līgumā noteiktā termiņā piegādāt un uzstādīt neinvazīvās plaušu ventilācijas aparātu „Trilogy 202, Philips Respironics" (turpmāk līguma tekstā – "Iekārta") saskaņā ar 02.08.2005 Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" un atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma Pielikums Nr.1), kā arī veikt ***Pasūtītāja*** personāla apmācību.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa ir **7500,00 EUR** (septiņi tūkstoši pieci simti *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN ***Puses*** savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

2.2. Līguma summā ietilpst Iekārtas piegāde un uzstādīšana atbilstoši Līgumam un tā Pielikumam Nr.1, visi piegādes izdevumi, kā arī citi izdevumi, jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar Iekārtas piegādi, uzstādīšanu, konfigurēšanu, tehnisko apkopi un remontu garantijas laikā, kā arī personāla apmācību Iekārtas lietošanā jeb izmantošanā. ***Pasūtītājam*** nav pienākuma veikt nekādus citus papildus maksājumus.

2.3. PVN izmaiņu gadījumā ***Puses*** jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā Līguma summa bez PVN nevar tikt grozīta.

2.4. Līgumcenu ***Pasūtītājs*** samaksā ***Izpildītājam*** 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 4.1.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.5. Maksājumu ***Pasūtītājs*** veic ar pārskaitījumu uz ***Izpildītāja*** Līgumā norādīto kontu bankā.

2.6. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu.

2.7. Īpašuma tiesības uz Iekārtu pāriet no ***Izpildītāja*** uz ***Pasūtītāju*** pēc Iekārtas pilnas apmaksas.

3. PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS VIETA

3.1. Iekārta tiek piegādāta un uzstādīta ***Pasūtītāja*** telpās stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Anesteziolo̧ijas un intensīvās terapijas nodaļā, Upeslejās, Stopiņu novads.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. ***Pasūtītājs*** pieņem 1.1. punktā noteikto Iekārtu ***Izpildītāja*** pārstāvja klātbūtnē, par ko ***Puses*** sastāda un paraksta Iekārtas pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.2. Ja, veicot Iekārtas pieņemšanu, atklājas tās trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, ***Pasūtītājs*** sastāda aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, ***Izpildītājam*** uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā.

4.3. ***Pasūtītāja*** kontaktpersona ir Anesteziologijas un intensīvās terapijas nodaļas vadītāja Ingrīda Saba tālr.67048237, e-pasts: ingrida.saba@aslimnica.lv.

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. ***Izpildītājs*** apņemas piegādāt Iekārtu, veikt tās uzstādīšanu atbilstoši ražotāja noteiktajai komplektācijai un konfigurēšanu atbilstoši ražotāja noteiktajam tehnoloģiskajam procesam, kā arī izpildīt Līgumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.2. ***Izpildītājs*** apņemas nodrošināt Iekārtas piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.3. ***Izpildītājs*** apņemas Iekārtas piegādes un uzstādīšanas darbu veikšanas laikā iespēju robežās nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot pārmērīgu troksni, traucējumus elektropiegādē u.tml.

5.4. ***Izpildītājs*** apņemas veikt ***Pasūtītāja*** personāla apmācību Iekārtas izmantošanā jeb lietošanā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Iekārtas uzstādīšanas, par veikto apmācību izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda personas, kas ir piedalījušās apmācībā.

5.5. ***Izpildītājs*** apņemas Līguma 1.1. punktā minēto Iekārtu piegādāt un uzstādīt ne vēlāk kā **10 (desmit) nedēļu laikā** no Līguma spēkā stāšanās brīža.

5.6. ***Izpildītājs*** saskaņo ar ***Pasūtītāju*** Iekārtas piegādes un uzstādīšanas laikus ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms konkrētās darbības uzsākšanas.

5.7. ***Izpildītājam*** ir jāsniedz ***Pasūtītājam*** nepieciešamā informācija par Iekārtas ekspluatācijas noteikumiem un citiem Iekārtas apkalpošanas noteikumiem, kā arī jāiesniedz Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā.

5.8. ***Izpildītāja*** kontaktpersona ar Līgumu uzlikto saistību izpildei ir Uldis Eglītis, tālr. 67161039, e-pasts: uldis.eglitis@remedine.lv.

6. GARANTIJAS

6.1. ***Izpildītājs*** garantē, ka piegādātā un uzstādītā Iekārta būs jauna (nelietota), augstas kvalitātes un atbildīs Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kā arī visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

6.2. ***Izpildītājs*** nodrošina piegādātajai Iekārtai 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju no Iekārtas pieņemšanas brīža saskaņā ar Līguma 4.1.punktu.

6.3. Garantijas laikā Piegādātājs veic regulāras bezmaksas Iekārtas pārbaudes un tehniskās apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam.

6.4. Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas veic bojātās Preces remontu, rezerves daļu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža. Ja dīkstāve ilgāka par desmit darba dienām, par šo dīkstāves laiku pagarinās garantijas laiks.

6.5. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumu sedz vainīgā puse.

7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. ***Puses*** ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.2. Ja ***Pasūtītājs*** kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad ***Izpildītājam*** ir tiesības pieprasīt no ***Pasūtītāja*** līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no ***Izpildītājam*** neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no neapmaksātās summas.

7.3. Par Līguma izpildes kavējumu ***Izpildītājs*** maksā ***Pasūtītājam*** līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no līguma summas. Attiecīgā līgumsoda summu ***Pasūtītājs*** ietur savstarpēja ieskaita veidā, veicot Līguma 2.4.punktā noteikto maksājumu.

7.4. Ja ***Izpildītājs*** kavē Līguma izpildi ilgāk kā 10 (desmit) dienas pēc Līguma 5.5.punktā noteiktā termiņa notecēšanas, ***Pasūtītājam*** ir tiesības vienpusēji atteikties no savu saistību izpildes. Šādā gadījumā ***Pasūtītājs*** neatlīdzina ***Izpildītājam*** nekādus tā ieguldījumus, bet ***Izpildītājam*** jāsamaksā visa līgumsoda summa.

7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo ***Pusi*** no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi.

7.6. Iekārtas nejaušas nozaudēšanas vai bojāejas risks, un ar to saistītie zaudējumi, gulstas uz ***Izpildītāju*** līdz Iekārtas pieņemšanas brīdim saskaņā ar Līguma 4.1.punktu.

7.7. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp ***Pusēm*** Līguma izpildes gaitā, ***Puses*** apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā ***Puses*** nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās.

8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar abu ***Pušu*** (to pilnvarotu pārstāvju) Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību izpildei.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. ***Puses*** tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru ***Pusēm*** nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus ***Pušu*** kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus ***Puses*** nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst).

9.2. ***Pusei***, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā ***Puse***. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos ***Puses*** apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā ***Puses*** apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. ***Puse***, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai ***Pusei*** ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena ***Puse*** nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai ***Pusei.***

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. ***Puses*** garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.

10.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un ***Pušu*** parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir ***Pušu*** (to pilnvarotu personu) parakstīti.

10.3. Visas ***Pušu*** sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku ar Līguma spēkā stāšanās brīdi.

10.4. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā ***Pusēm*** ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

10.5. Ja kādai no ***Pusēm*** tiek mainīts juridiskais statuss, vadītāji, atrašanās vieta, banku rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai ***Pusei***, pretējā gadījumā vainīgai ***Pusei*** ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.

10.6. ***Pušu*** reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no ***Pusēm*** tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas ***Puses*** tiesību pārņēmējam.

10.7. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.8. ***Puses*** nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās ***Puses*** rakstiskas piekrišanas.

10.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katram Līguma eksemplāram ir pievienots Pielikums Nr.1 "Tehniskā specifikācija" uz 2 (divām) lapām. Līguma eksemplāri izsniegti pa vienam katrai ***Pusei***. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805

_____
Valdes priekšsēdētāja A. Slokenberga

_____
Valdes loceklis V. Boka

_____
Valdes loceklis K.Plūme

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Remedine",

Lielā iela 2-26, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 42103022555
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Bankas kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV40NDEA0000080014744

_____
Valdes locekle B.Eglīte

Pielikums Nr.1
pie 2015.gada __._____ Līguma Nr._____

Tehniskā specifikācija

Nr.	Specifikācijas prasības	Raksturojums, veicamās funkcijas
	Iekārtas ražotājs, modelis:	**Trilogy 202,Philips Respironics, ASV**
1.	**Iekārtas apraksts**	
	Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta – paredzēta neinvazīvai un invazīvai ventilācijai	
2.	**Prasības:**	
	• Paredzēta neinvazīvai ventilācijai ar masku un invazīvai ventilācijai caur endotraheālo cauruli vai traheostomu. • Minimālais pacienta svars ne vairāk par 5 kg (paredzēta bērniem un pieaugušajiem). • Ventilācijas režīmi – kontrolēta tilpuma ventilācija un spiediena ventilācija. • Ierīces svars ne liekāks kā 6 kg. • Ventilators aprīkots ar displeju parametru monitorēšanai. • Ventilators aprīkots ar skābekļa maisītāju ar iespēju uzstādīt koncentrāciju no 21 līdz 100%. • Ventilatoram iebūvēts algoritms, kas nepārtraukti seko līdz gaisa noplūdēm no kontūra (tikai pie Neinvazīvās ventilācijas) un nepieciešamības gadījumā tās kompensē.	Paredzēta neinvazīvai ventilācijai ar masku un invazīvai ventilācijai caur endotraheālo cauruli vai traheostomu. Minimālais pacienta svars ne mazāk kā 5 kg Ventilācijas režīmi – kontrolēta tilpuma ventilācija un spiediena ventilācija. Ierīces svars ar iebūvētu bateriju 5.6 kg Ventilators aprīkots ar displeju parametru monitorēšanai. Ventilators aprīkots ar skābekļa maisītāju ar iespēju uzstādīt koncentrāciju no 21 līdz 100%. Ventilatoram iebūvēts algoritms Digital Auto track, kas nepārtraukti seko līdz gaisa noplūdēm no kontūra (tikai pie Neinvazīvās ventilācijas) un nepieciešamības gadījumā tās kompensē.
3.	**Ventilācijas režīmi**	
	Kontrolētā tilpuma ventilācija • Asistējošā kontrole (Assist Control AC) • Sinhronizētā neregulārā piespiedu ventilācija (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)) • Kontroles ventilācija (Control Ventilation (CV)) Spiediena ventilācija • Nepārtraukta pozitīva elpceļu spiediena ventilācija (Continuous positive airway pressure CiPAP) • Spontāna • Spontāna / laikā • Laikā • Spiediena kontrole • Spiediena kontrole - sinhronizētā neregulārā piespiedu ventilācija	Asistējošā kontrole (Assist Control AC) Sinhronizētā neregulārā piespiedu ventilācija (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)) Kontroles ventilācija (Control Ventilation (CV)) Spiediena ventilācija Nepārtraukta pozitīva elpceļu spiediena ventilācija (Continuous positive airway pressure CiPAP) Spontāna Spontāna / laikā Laikā Spiediena kontrole Spiediena kontrole - sinhronizētā neregulārā piespiedu ventilācija
4.	**Parametri un robežas**	
	Parametri — **Vienības** IPAP, cmH_2O — No ne vairāk 4 līdz ne mazāk kā 50 EPAP, cmH_2O — No 0 līdz ne mazāk 25 (aktīvais kontūrs), No ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk 25 (pasīvais kontūrs) CPAP, cmH_2O — No ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 spiediena vienības PEEP, cmH_2O — No 0 līdz ne mazāk kā 25 (aktīvais kontūrs), Ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 25 (pasīvais kontūrs) Spiediena atbalsts, cmH_2O — No 0 līdz ne mazāk kā 30 Elpošanas tilpums, ml — No ne vairāk kā 50 līdz ne mazāk kā 2000 Elpošanas frekvence, ieelpa minūtē — No 0 līdz ne mazāk kā 60 (AC režīmā), No ne vairāk kā 1 līdz ne mazāk kā 60 visos pārējos režīmos Ieelpas laiks, s — Ne vairāk kā 0,3 līdz ne mazāk kā 5,0 Plūsmas cikls — 10-90%	**Parametri** — **Vienības** IPAP, cmH_2O — No ne vairāk 4 līdz ne mazāk kā 50 EPAP, cmH_2O — No 0 līdz ne mazāk 25 (aktīvais kontūrs), No ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk 25 (pasīvais kontūrs) CPAP, cmH_2O — No ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 spiediena vienības PEEP, cmH_2O — No 0 līdz ne mazāk kā 25 (aktīvais kontūrs), Ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 25 (pasīvais kontūrs) Spiediena atbalsts, cmH_2O — No 0 līdz ne mazāk kā 30 Elpošanas tilpums, ml — No ne vairāk kā 50 līdz ne mazāk kā 2000 Elpošanas frekvence, ieelpa minūtē — No 0 līdz ne mazāk kā 60 (AC režīmā), No ne vairāk kā 1 līdz ne mazāk kā 60 visos pārējos režīmos

	Apnoe, reizes minūtē No ne mazāk kā 4 līdz ne vairāk kā 60 Plūsmas trigera jūtīgums, l/min No ne vairāk kā 1 līdz ne mazāk kā 9	Ieelpas laiks, s Ne vairāk kā 0,3 līdz ne mazāk kā 5,0 Plūsmas cikls 10-90% Apnoe, reizes minūtē No ne mazāk kā 4 līdz ne vairāk kā 60 Plūsmas trigera jūtīgums, l/min No ne vairāk kā 1 līdz ne mazāk kā 9
5.	**Brīdinājuma signāli**	
	• Iespēja uzstādīt vizuālos un skaņas brīdinājuma signālus.	Iespēja uzstādīt vizuālos un skaņas brīdinājuma signālus
7.	**Iekārtas barošana**	
	• Pieslēdzama tīklam • Ārējs 12V/24 V akumulators; • Iebūvēts akumulators, nodrošina iekārtas darbību ne mazāk kā 3 stundas – iekārtu pieslēdzot pie tīkla, ieslēdzas automātiskā uzlāde; • Papildus akumulators, nodrošina iekārtas darbību ne mazāk kā 3 stundas. • Akumulatoru darbība tiek uzturēta līdz uzlādes līmenis nesamazinās zem ne vairāk kā 10%	• Pieslēdzama tīklam • Ārējs 12V/24 V akumulators; • Iebūvēts akumulators, nodrošina iekārtas darbību ne mazāk kā 3 stundas – iekārtu pieslēdzot pie tīkla, ieslēdzas automātiskā uzlāde; • Papildus akumulators, nodrošina iekārtas darbību ne mazāk kā 3 stundas. • Akumulatoru darbība tiek uzturēta līdz uzlādes līmenis nesamazinās zem ne vairāk kā 10%
9.	**Skābekļa padeve:**	
	• Iespējams pievienot centralizētai AGA tipa skābekļa rozetei	Iespējams pievienot centralizētai AGA tipa skābekļa rozetei
10.	**Papildus aprīkojums:**	
	Atbilstoši transporta ratiņi ar bremžu sistēmu iekārtas pārvadāšanai	Piedāvājumā transporta ratiņi ar bremzi
11.	**Papildus prasības:**	
	• Nodrošināt ražotāja noteikto iekārtas tehnisko apkopi garantijas periodā. • Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši. • Personāla apmācība darbam ar iekārtu uz vietas. • Lietošanas instrukcija latviešu valodā.	Nodrošināta tehniskā apkope Garantijas laiks 24 mēneši. Personāla apmācība darbam ar iekārtu uz vietas. Oriģināla insturkcijas grāmata LAT valodā.